Gebruikershandleiding:
Stappenflowmeter voor insteken in gasafnamepunt

Product nummers:

1040782	Perslucht	0 of 6 Liter/Min. met houder 35 mm
1040784	Perslucht	0 of 8 Liter/Min. met houder 35 mm
1040783	Perslucht	0 of 8 Liter/Min. met houder 23 mm
1040785	Perslucht	0 of 8 Liter/Min. met houder 23 mm
1040786	Perslucht	0 of 6 Liter/Min. zonder houder
1040787	Perslucht	0 of 8 Liter/Min. zonder houder

GA1040782 Stand: 08.11

Voor u en uw patiënt veiligheid:

Deze gebruikershandleiding helpt u om u vertrouwd te maken met de omschreven apparaten.

Een goede en brede kennis van de apparaten komt zowel u als uw patiënt ten goede.

Indien u bij gebruik van het apparaat vragen heeft met betrekking op de functie, inzet of reiniging, neem dan contact met ons op via onderstaand adres. Wij zullen proberen om uw vraag naar tevredenheid te beantwoorden.

Wij wijzen u op het volgende:

1. Elk gebruik van het apparaat vereist inzicht en strikte naleving van deze instructies.
   Het apparaat is alleen bedoeld voor het beschreven gebruik.
2. Wij adviseren u het apparaat jaarlijks te inspecteren.
3. Reparaties mogen alleen door Heck GmbH geautoriseerde personen worden uitgevoerd.
   Alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
4. Houdt alle onderdelen olie- en vetvrij.

Wanneer een van deze instructies niet wordt nageleefd dan kan Karl Heck GmbH niet aansprakelijk worden gehouden.

Beoogd gebruik

Het afnamesysteem dient ter afname en het reguleren van perslucht van de gasafnamepunten in de kliniek of artsenpraktijk.

Werkwijze

De flowregelaar wordt direct in het centrale gasafnamepunt gestoken. Het apparaat heeft een gas gecodeerde unieke aansluiting. U stelt de gewenste flowrate van 8 l/min in door de regelspindel linksom te draaien. De flowrate wordt in het zichtvenster weergegeven in l/min.

Waarschuwing

De aangegeven flowrates kunnen, in het bijzonder bij lage hoeveelheden van onder de 5 liter per minuut schommelingen geven, die kunnen oplopen tot 40% van de ingestelde waarden.

Combinatie mogelijkheden met andere apparaten.

De flowregelaar kan worden beïnvloed door de medicijnvernevelaar. Controleer a.u.b. de comptabiliteit tussen de flowregelaar en de medicijnvernevelaar. Afhankelijk van het model is de flowregelaar uitgerust met een houder voor een medicijn vernevelaar.

Reiniging en desinfectie

Wij adviseren voor het eerste gebruik het apparaat te reinigen en te desinfecteren. Vervolgens is reiniging alleen nodig indien klinisch of hygiënisch noodzakelijk wordt geacht. Voor reiniging en desinfectie mogen alleen middelen worden gebruikt die verwerkte kunststoffen (Polysulfon en siliconen) en metalen (RVS, aluminium, messing verchroomd) niet aantasten.

Desinfecteren:
Bij delen, die niet met ademlucht van de patiënt in aanraking komen, is in het algemeen een oppervlakkige desinfectie toereikend.

Autoclaveren:
Alle delen zijn tot 134° C autoclaveerbaar. Bij aluminium delen kan echter door de hoge temperaturen de anodisatie laag beschadigd raken. Op basis hiervan is 121°C aan te bevelen. Voor het autoclaveren zal evenwel het ventiel gesloten moeten zijn, dit om te verhinderen dat vocht het interne deel van het apparaat kan binnendringen.

Onderhoud en reparatie

Het apparaat moet geregeld op lek dichtheid getest worden. Wij adviseren deze test jaarlijks uit te voeren. Onderhoud is niet noodzakelijk.

Technische Data

Gassoort:	perslucht uit het centrale gasafname punt
Ingangsdruk:	5 bar +/- 10%
Aansluit soort:	insteeknippel voor perslucht
Flowbereik:	naar gelang het model 0 tot 6 of 0 tot 8 Liter/Min.
Veiligheidsinrichting:	gas specifieke DIN-Stekker

Garantieverklaring

Op de beschreven apparaten geven wij een garantie van 2 jaar. Alle fouten die gevolgen hebben voor een correcte werking van het apparaat als gevolg van technische defecten van onderdelen, behoren tot de garantie. De verplichting van de garantie wordt erkend zolang het apparaat volgens de instructies en in overeenstemming met het doel is gebruikt en geen interventies of reparaties hebben plaatsgevonden. Fouten die kunnen worden toegeschreven aan mechanische schade of slijtage zijn uitgesloten van garantie. Als u klachten heeft over de apparatuur dan kunt u de apparatuur sturen naar onderstaande adres. Na reparatie zal de apparatuur retour worden gezonden. Daarbij zullen de gebruikte onderdelen van de reparatie die niet onder garantie vallen in rekening worden gebracht

Geproduceerd en gedistribueerd door:

Karl Heck GmbH Am Rech 12 65385 Rüdesheim a. Rhein
Telefon 06722-910124 Fax 910125

Vervaardigd door: m & b gmbh

CE 0044